

	<p>Ficha Técnica Kit de Test Multidrogas en Saliva Sublingual</p> <p>CiTEST™</p>	<p>N° Ficha :0123 Versión: 01/1 Fecha: 21-02-2023</p>
---	--	---



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código Catálogo	TD-MULTI6-CA02
Tipo	Test inmunocromatográfico
Marca	CiTEST®
Procedencia	Canadá
Presentación	Kit de 25 unidades
Tipo de muestra	Muestra Saliva humana (Sublingual)
Tipo de Detección	Cualitativa de alcohol y metabolitos de marihuana, cocaína, Opiáceos, Anfetaminas, Benzodiazepinas y Metanfetaminas
Recomendaciones de Uso	Uso profesional <i>in vitro</i>
Contenido por kit	-25 Dispositivos empaquetados individualmente --1 Instructivo en español

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Condiciones de Almacenamiento	Almacenar a Temperatura ambiente (2-30°C) en lugar fresco y seco. Evitar sol directo
Certificación del Fabricante	ISO 13485 2016; FDA
Inscripción ISP	EDM 281/16
Valores de Corte	Marihuana (THC) 50ng/mL Cocaína (COC) 20ng/mL Opiáceo (OPI) 40ng/mL Anfetaminas (AMP) 50ng/mL Benzodiazepinas (BZO) 30ng/mL Metanfetaminas (MET) 50ng/mL

La información contenida en esta ficha técnica es correcta y verdadera según nuestros conocimientos y están basados en pruebas de laboratorio. Sin embargo, declinamos de todo compromiso para cada caso en particular debido a que no tenemos control sobre su aplicación.